



薬生機発 0328 第 3 号
薬生安発 0328 第 11 号
平成 28 年 3 月 28 日

各都道府県衛生主管部（局）長 殿

厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 参 事 官
(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)
(公 印 省 略)

厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長
(公 印 省 略)

金属製の眼内ドレーンを留置した患者に対する磁気共鳴画像診断装置を
用いた検査について

標記について、別添写しのとおり公益社団法人日本医学放射線学会理事長、公益社
団法人日本放射線技術学会代表理事及び公益社団法人日本診療放射線技師会会长宛
て通知しましたので、その内容について御了知の上、関係者、関係団体等に周知方お
願いいたします。





写

薬生機発 0328 第 2 号
薬生安発 0328 第 10 号
平成 28 年 3 月 28 日

公益社団法人日本医学放射線学会 理事長 殿

厚生労働省大臣官房参事官室
(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)

厚生労働省医薬・生活衛生局安全対策課長

金属製の眼内ドレーンを留置した患者に対する磁気共鳴画像診断装置を用いた検査について

磁性体金属や導電体金属を含む医療機器等を体内に植込み又は留置した患者に対する磁気共鳴画像診断装置(以下「MR 装置」という。)を用いた検査については、「磁気共鳴画像診断装置に係る使用上の注意の改訂について」(平成 25 年 5 月 20 日付け薬食安発 0520 第 2 号・薬食機発 0520 第 5 号厚生労働省医薬食品局安全対策課長・審査管理課医療機器審査管理室長連名通知)により、MR 装置を取り扱う製造販売業者に対し、添付文書の【禁忌・禁止】欄等の記載の整備を行うよう指示したところです。

当該通知に基づき、条件付きで MR 装置に対する適合性が認められた医療機器については、添付文書等に記載された撮像条件等に従うことによって、安全に検査を実施することができるとされています。


今般、微小な金属製の眼内ドレーン「iStent トラベキュラー マイクロバイパス ステント システム」(製造販売業者: Glaukos Corporation、以下「本品」という。)について、MR 装置に対する適合性を含め、平成 28 年 3 月 25 日付け承認しました。

つきましては、MR 装置を用いた検査に際し、本品に関する下記の事項に留意するよう、貴会会員へ周知願います。

記

1 本品について

緑内障治療（房水の適切な排出を促し、眼圧上昇を抑える。）に用いられ、眼内の線維柱帯に留置される微小な医療機器（下図参照）であり、留置されていることは眼外部から確認できない。条件付きでMR装置に対する適合性が認められている。



本品の外観図及び眼内の留置箇所

2 本品の製造販売業者による情報提供について

本品が左右眼のどちらに留置されているか等の情報が記載された患者カードが用意されるとともに、添付文書の使用上の注意にMR装置との適合性に関する情報が記載されている。

GLAUKOS [®] Transforming Glaucoma Therapy		患者カード	MRI検査(磁気共鳴画像検査)に関する情報
製品番号 シリアルナンバー		iStent [®] トラベキュラー マイクロバイパス ステント システム	iStent [®] トラベキュラー マイクロバイパス ステント システムには、磁気共鳴に関する条件があり、このステントが挿入されている患者は下記条件において安全にMRI検査が受けられます
手術日	右眼 □ 左眼 □	担当医師名 施設名 www.glaukos.com	<ul style="list-style-type: none">静磁場: 3テスラ以下静磁場空間的勾配限度: 720ガウス/cm以下 <p>iStent[®] は非常に小さいため、熱やアーチファクト(画像の乱れ)によって問題が起きたり、リスクが増加したりすることはありません。</p>
患者カード用ラベルシールをここに貼付		インプランした場所に図	

患者カード（表面）

（裏面）

3 MR装置を用いた検査について

MR装置を用いた検査に際しては、上記2の患者カードの有無を確認し、本品が留置されている場合は添付文書等に記載された撮像条件等に従い検査を行うこと。